

新北市政府衛生局 函

地址：220205新北市板橋區英士路192之1號3樓
承辦人：江佳穎
電話：(02)22577155 分機2353
傳真：(02)22536548
電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：新北市藥師公會

發文日期：中華民國111年7月8日
發文字號：新北衛食字第1111254703號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關崇仁科技事業股份有限公司之「崇仁」甦醒球組及其零配件（衛署醫器製字第001518號）（型號：2113、批號：211101）醫療器材回收一案，請轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據宜蘭縣政府衛生局111年7月4日衛食藥字第1110015499號函辦理。
- 二、案係旨揭公司接獲全國藥物不良反應通報中心通知，發現甦醒球之intake valve cap氧氣管連接孔有阻塞風險。
- 三、基於民眾健康安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。

正本：社團法人新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市醫療器材商業同業公會、新北市西藥商業同業公會、新北市商業會

副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行

