

正本

檔 號：  
保存年限：

## 新北市政府衛生局 函

地址：220205新北市板橋區英士路192之1號3樓  
承辦人：江佳穎  
電話：(02)22577155 分機2353  
傳真：(02)22536548  
電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：新北市藥師公會

發文日期：中華民國112年7月17日

發文字號：新北衛食字第1121364742號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關匯極冠智慧循環能源股份有限公司販售之「匯極冠醫用口罩(未滅菌)」(製造日期及批號：2023.03.03)醫療器材回收一案，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據新竹縣政府衛生局112年7月13日新縣衛食藥字第1123800856號函辦理。
- 二、案係花蓮縣衛生局112年2月3日查獲旨揭產品外盒許可證字號標示「衛福部許可証009755號」(製造日期及批號：2023.03.03)與核准「衛部醫器製壹字第009755號」不符，違反醫療器材管理法第33條第1項之規定。
- 三、本案係屬第三級回收，為維護民眾權益，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請儘速配合回收事宜。

正本：社團法人新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市醫療器材商業同業公會、新北市西藥商業同業公會

副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行