

新北市政府衛生局 函

地址：220205新北市板橋區英士路192之1號3樓
承辦人：江佳穎
電話：(02)22577155 分機2353
傳真：(02)22536548
電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158
新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：社團法人新北市藥師公會

發文日期：中華民國112年8月23日
發文字號：新北衛食字第11216204371號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關佳醫健康事業股份有限公司之「"杰斯"血袋」(衛署醫器輸字第009252號)(型號：95-91-48-3050-44)(批號：230317001、230321001、230328001、230331001、230404001、230406002、230414001、230417002)醫療器材自願性回收一案，回收產品批號詳如說明段，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請勿再使用或販售，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據佳醫健康事業股份有限公司112年8月15日佳醫字第11208006號函函辦理。
- 二、案係旨揭公司接獲旨揭產品製造廠以電子郵件通知，告知部分批號產品之紅血球袋(RBC Bag)輸血接頭(Blood Port)在製造過程中因機械問題導致輸血接頭處熔接不全而產生瑕疵，故啟動旨揭批號產品回收。
- 三、為保障民眾使用藥物安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請勿再使用或販售，並儘速配合回收事宜。



正本：社團法人新北市藥師公會
副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行

